


Dodávateľ: <b>Artspect spol. s r.o.</b> <b>Rybničná 40</b> <b>831 06 Bratislava 36</b>  IČO: 47760265 DIČ: 2024083050 IČ DPH: SK2024083050 Telefón: +421232661757 Mobil: +421910133499		Variabilný symbol: 250100204 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 2024-81/0280					
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK4011000000002945054808 Číslo účtu: 2945054808      Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada</b> <b>Zobor, n. o.</b> <b>Kláštorská 134</b> <b>949 88 Nitra</b> Slovensko Číslo záznamu: JN2495/24 Dátum: 25. 06. 2024 Prílohy:      Vypúšťače:					
Dátum vyhotovenia: 24.06.2024 Dátum splatnosti: 23.08.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.06.2024 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:					
Model	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Popis	lôžko Multicare 20220114269	1	0,00	0,00	20%	0,00	0,00
BTK-Multicare	BTK elektrického lôžka Multicare	1 ks	0,00	0,00	20%	0,00	0,00
8214-3040C	Akumulátor Pb, šedá, 1,2Ah PB4X, odvoduš., k Multicare/Eleganza 1	1 ks	0,00	0,00	20%	0,00	0,00
Čas technik 2	Čas práce technika N	0,5 hod.	40,00	20,00	20%	4,00	24,00
Popis	aktívny systém Virtuoso 200	1	0,00	0,00	20%	0,00	0,00
BTK-Virtuoso	BTK aktívneho antidekubitného systému Virtuoso	1 ks	0,00	0,00	20%	0,00	0,00
S7000216	Servisné sety, Air cell Patch Kit, Virtuoso, -zistený únik vzduchu v sekcii H. Nájdené vpichy pravdepodobne od ihliel.	1 ks	35,30	35,30	20%	7,06	42,36
D7000122B	Vzduchový filter, k Virtuoso	1 ks	2,60	2,60	20%	0,52	3,12
Čas technik 2	Čas práce technika N	0,5 hod.	40,00	20,00	20%	4,00	24,00
Čas technik 1	Čas technika na ceste N	2 hod.	0,00	0,00	20%	0,00	0,00
Dopravakm	Doprava N	160 km	0,00	0,00	20%	0,00	0,00
Súčet položiek				77,90		15,58	93,48
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>93,48</b>
Vystavil:	Miroslava Hrušovská hrušovska@artspect.sk	 Artspect spol. s r. o. Rybničná 40, 831 06 Bratislava IČO: 47760265, DIČ: 2024083050					
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č.98670/B							
Dovoluje si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).							
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		
		0,00	0%				
		0,00	5%	0,00	0,00		
		0,00	10%	0,00	0,00		
		77,90	20%	15,58	93,48		
Ekonomický a informačný systém POHODA							

Model

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena


Cena

%DPH

DPH EUR Celkom

Prevzal:

Pečiatka:

**artspect****SERVISNÁ SPRÁVA**

Servisovaný produkt: (názov, výrobné číslo, model):

MG: 10120114269

Zákazník:

Spec. nemocnica sv. Svorada

Ulica:

Kláštorská

Mesto/PSČ:

Nitra - Zobor

Kontaktná osoba /  
oddelenie:

p. Blahovský

Dôvod príchodu:

2+4

20.6.24.

1. Záručný servis
2. Mimozáručný servis
3. Dodávka náhradných dielov
4. Preventívna údržba
5. Skolenie obsluhy
6. Zapožičanie
7. Inštalácia tovaru

Dátum

24.6.2024

Popis závad

- Signalizácia vykonania BTK.
- Vadný akumulátor.

Spôsob odstránenia

- = Vykonanie BTK - OK.
- = Výmena akumulátora.

Doprava (km)

Čas technika strávený na ceste (hod.)

Meno technika

SZABO M

Čas práce technika (hod.)

BTK + 0,5

Náhradné diely

Modelové číslo

Počet (ks)

BTK

-1-

AKUMULÁTOR

8214-3040C

-1-

Faktúra č.:

250100204

Oprava ukončená

ÁNO



Zákazka č.:

25EW00262

NIE



Poznámka

Protokol o BTK bude zaslaný p. Blahovskému na mail.

70 264

Razítko a podpis zákazníka

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
49 88 Nitra  
-5- 3


Dodávateľ

**artspect** Artspect spol. s r.o.  
Rybničná 40, 831 06 Bratislava  
IČO: 47760265, DIČ: 2024083050

Artspect spol. s r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava

IČO: 47760265, IČ DPH: SK2024083050

tel.: 02/32661757, mobil: 0910 133499, e-mail: info@artspect.sk, web: www.artspect.sk

**artspect****SERVISNÁ SPRÁVA**

Servisovaný produkt (název, výrobné číslo, model):  <b>Virtuso:</b> k: 20220281305 m: 20220115725	Zákazník:	Spec. nemocnica sv. Svorada
	Ulica:	Kláštoriska
	Mesto/PSC:	Nitra - Zobor
	Kontaktná osoba / oddelenie:	p. Blahovský
	Dôvod príchodu: 1+4 10.6.24	1. Záručný servis 2. Mimozáručný servis 3. Dodávka náhradných dielov 4. Preventívna údržba 5. Skolenie obsluhy 6. Zapožičanie 7. Inštalácia tovaru
Dátum:	24.6.2024	

**Popis závad**

- NA SCU SIGNALIZÁCIA VYKONANIA BTK.
- ÚBIK VZDUCHU V SEKCIÍ HL.

**Spôsob odstránenia**

- VYKONANIE BTK - OK
- ZALEPENIE DIEROK NA MATRACI
- Vymaná vzduch. filtra.

Doprava (km):		Čas technika strávený na ceste (hod.):	
---------------	--	--	--

Meno technika:	SZABO M.	Čas práce technika (hod.):	BTK + 0,5
----------------	----------	----------------------------	-----------



Náhradné diely	Modelové číslo	Počet (ks)
VZDUCH FILTER	D7000122B	-1-
SERVISNÁ SADA NA LEPENIE	S7000216	-1-

Faktúra č.:	250100204	Oprava ukončená:	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>
Zákazka č.:	15 FN 00d62		NIE <input type="checkbox"/>

**Poznámka**

Protokol o BTK bude zaslaný p. Blahovskému na mail.

FO 264

Razítko a podpis zákazníka	 Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 949 88 Nitra -S- 3	Dodávateľ	 <b>artspect</b> Artspect spol. s r.o. Rybníčná 40, 831 06 Bratislava IČO: 47760265, DIČ: 2024083050
----------------------------	---	-----------	--